



# ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ БЛАГОЕВГРАД

Благоевград 2700, ул. "Иван Михайлов" № 66

Tel. + 359 /73/88 55 01, Fax: + 359 /73/ 88 55 16

E-mail: [info@swu.bg](mailto:info@swu.bg), <http://www.swu.bg>

|                     |
|---------------------|
| ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ |
| Вх.№ 07-09-00-2     |
| Дата 07.07./2016 г. |

## РАЗЯСНЕНИЕ

### ДО УЧАСТНИЦИТЕ В СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““

На основание чл. 189 от Закона за обществени поръчки, във връзка с постъпило искане за разяснение по обява с предмет: „Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““, (Обособена позиция № 5. „Доставка на лабораторно оборудване“, подпозиция 3 – Локален екстрактор с подвижни връзки и аспирационно тяло), представям следната информация:

**Въпрос 1 :** Моля да посочите с какви размери приблизително трябва да бъдат трите рамена. Какъв е материала?

**Отговор:** Дължината на трите рамене трябва да бъде такава, че да осигурява работен обхват в радиус от 2 м.

Екстракторът ще бъде ползван при работа с агресивни течности (киселини, органични разтворители) и газове.

**Въпрос 2:** Какъв материал и с какви размери да бъде аспирационното тяло?

**Отговор:** Екстракторът ще бъде ползван при работа с агресивни течности (киселини, органични разтворители) и газове, което трябва да бъде съобразено при избора на материали за аспирационното тяло и раменете.

Размерът на аспирационното тяло да осигурява максимално ефективна аспирация – 50 см.

**Въпрос 3:** Трябва ли комплекта да включва скоба за монтиране на тавана? Моля да посочите каква дължина приблизително трябва да е скобата, в случай, че се налага такава.

**Отговор:** Необходима е скоба за монтиране на тавана, който е на разстояние 2.5 м над работния плот.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ (И)  
ПОМ.-РЕКТОР  
Николай Тахов

