



ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ
·НЕОФИТ РИЛСКИ·
БЛАГОЕВГРАД

Благоевград 2700, ул. "Иван Михайлов" № 66

Tel. + 359 /73/88 55 01, Fax: + 359 /73/ 88 55 16

E-mail: info@swu.bg, <http://www.swu.bg>

РАЗЯСНЕНИЕ

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура и лабораторно
оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““

На основание чл. 189 от Закона за обществени поръчки, във връзка с постъпило искане за разяснение по обява с предмет: „Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““, Обособена позиция № 5. „Доставка на лабораторно оборудване“, представям следната информация:

Въпрос 1 : Моля да уточните какво ще се аспирира и екстрахира – прах, частици, газове (неорганични, органични, корозивни) ?

Отговор: Предназначението на екстрактора е да аспирира газове и изпарения, напр. при работа с летливи киселини.

Въпрос 2: Моля да уточните дали екстрактора ще бъде свързан с аспирационна система (въздухоотвод с комин) в помещение?

Отговор: Екстракторът трябва да се свърже с аспирационна система.

Въпрос 3: Моля да уточните дали локалният екстрактор следва да бъде оборудван с вентилатор и филтър?

Отговор: Екстракторът трябва да бъде оборудван с вентилатор и филтър.

Въпрос 4: Моля да уточните желаната дължина на трите подвижни рамена с оглед разстоянието от тавана до мястото на аспирация?

Отговор: Разстоянието от тавана до мястото на аспирация е 2,50 м.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (п)
ПОМ.-РЕКТОР
Николай Тахов

